

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานรถทันตกรรม ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕ (๓) (ข) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการทันตกรรม

ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้าง

(ก) มีลักษณะเป็นรถบัส หรือรถมินิบัส ประเภทรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นรถพ่วง รถกระบะดัดแปลง โดยต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเป็นประเภทรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ทันตกรรมเคลื่อนที่)

(ข) ขนาดของรถต้องมีความกว้าง ความยาวและความสูงที่มีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของเก้าอี้ทำฟัน (ยูนิตทันตกรรม)

(ค) มีการแสดงสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๗) ป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถทันตกรรมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรถทันตกรรม ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ และมีระบบฟอกอากาศหรือบำบัดคุณภาพอากาศภายในห้องให้บริการ

(ค) มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็นตามจำนวนยูนิตที่ให้บริการ

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการ โดยระบบน้ำสำหรับยูนิตทำฟันท้องผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสและบรรจุในภาชนะที่สะอาดพร้อมฝาปิดสนิท

(จ) น้ำทิ้งต้องถูกเก็บรวบรวมในภาชนะเฉพาะก่อนนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

(ฉ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล

(ช) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิด พร้อมน้ำยาทำความสะอาด

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ

(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย และเครื่องกรองแบคทีเรีย ระบบน้ำบ้วนปาก ระบบปั๊มอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil Free) และเก้าอี้คนไข้

(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ต้องได้รับการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม หรือมีหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ำ

(ง) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดดูดหินน้ำลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นตามขอบเขตที่ให้บริการ

(๕) มาตรฐานการเอกซเรย์ฟัน ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ดังนี้

(ก) เครื่องเอกซเรย์หรือเอกซเรย์เคลื่อนที่ และมีฉากกันหรือเสื้อตะกั่วหรือปกคอป้องกันอันตรายจากรังสีที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และมีใบรับแจ้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

(ข) อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์

(ค) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

(ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่บริเวณเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน

(จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ที่บริเวณเอกซเรย์หรือที่เห็นได้ชัดเจน

(ข) มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้

(ก) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมหรือพ่นใต้ลิ้นเพื่อขยาย หลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

(ข) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(ค) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ข้อ ๖ ให้รททตกรรมซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกสถานพยาบาลอยู่ก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานรททตกรรมตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีเป็นมาตรฐานโครงสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โครงสร้างตามประกาศนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ